

## Szczegółowy opis charakterystyki techniczno-użytkowej przedmiotu zamówienia

Producent: .....

Model/Typ: .....

### Wymagana konfiguracja:

l.p.	WYMAGANE FUNKCJE I PARAMETRY ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW	PARAMETR OFEROWANY TAK/NIE
1.	Analizator fabrycznie nowy, nieużywany	- analizator fabrycznie nowy, nieużywany, - analizator automatyczny
2.	Badania	możliwość badania pojedynczych próbek
3.	Krzywa kalibracyjna	krzywa kalibracyjna automatyczna – w postaci kodu kreskowego
4.	Rekalibracja	rekalibracja nie częstsza niż raz na 14 dni
5.	Koszty oznaczania	jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii
6.	Gotowość do pracy	stała gotowość aparatu do pracy
7.	Obsługa	aparat nie wymagający codziennej obsługi jak używania buforów, kalibracji, płynów płuczających, czyszczenia, etc.
8.	Kontaminacja	aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami)
9.	Oznaczanie	możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta
10.	Odczynniki	kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kontrole, kalibratory, etc.
11.	Trwałość odczynników	trwałość odczynników po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana na opakowaniu jako termin ważności
12.	Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi oferowanego analizatora w języku polskim - dostarczana w momencie instalacji i uruchomienia; na życzenie Zamawiającego także podczas postępowania przetargowego
13.	Gwarancja	minimum 3 lata od daty instalacji analizatora u Zamawiającego (przez cały okres dzierżawy aparatu)
14.	Serwis	wykonawca musi zapewnić serwis aparatu w całym okresie dzierżawy aparatu
15.	Części zamienne	wykonawca zapewni dostęp do nowych, oryginalnych części zamiennych oraz oryginalnych odczynników zgodnych z instrukcją obsługi analizatora

Niespełnienie któregoś z w/w parametrów lub brak dowodu na jego istnienie (dostarczanego w razie potrzeby na życzenie Zamawiającego) skutkować będzie odrzuceniem oferty.